

1552-01 遊離残留塩素測定器 代替商品

(TOPNEWS 2022年6月号)



コード 1552-004

型式 セット(pH測定付)一式

仕様 測定範囲: 残留塩素 0.1-2.0mg/L

器具内容: ケース/本体/比色セルx2/比色回転板x2/
DPDマジック試薬50回分/BTB指示薬x1

標準価格(税別)